垂直結合板 VC01-KES
取扱説明書

本器は静電気放電シミュレータ KES4020 専用のオプションです。

静電気放電シミュレータ KES4020 の取扱説明書、付録の「1.2 試験環境と試験配置」を先にお読みください。一般事項および共通事項は静電気放電シミュレータ KES4020 の取扱説明書にしたがってください。

1. 概要

本器は、IEC61000-4-2 規格に準拠した静電気放電試験用環境設備で間接放電試験に使用します。

2. 仕様

材質：アルミ

寸法：500 × 500 ㎜　　t=1.6 ㎜

スタンドおよび抵抗ケーブル取り付け用端子付

3. 本体および付属品

本体

・垂直結合板 1

付属品

・抵抗ケーブル（形名：CL01-KES）　　1

・抵抗ケーブル取り付け用 M4 ねじ　　2

4. 使用方法

1.- 試験テーブル（形名：TT01-KES）の上にのせ、抵抗ケーブルにより基準接地板（形名：GP01-KES）と接続します。

2.- 垂直結合板スタンドの長さは、垂直面から 100 ㎜です。これを、被試験物にあてることにより、IEC61000-4-2 規格で決められた 100 ㎜の間隔を設定できます。

3.- 垂直辺の縁中央部にマークがありますので、この部分の縁に放電ガンの先端を垂直にあて、間接放電試験を行います。

注　意

- 抵抗ケーブルの取り付け端子のねじに緩みがないことを確認してください。
- 本製品は薄い金属板のため、作業時は手袋の着用をお勧めします。

菊水電子工業株式会社
〒224-0023　横浜市都筑区東山田 1-1-3　　TEL045-593-0200　　FAX045-593-7591
© 1998 Kikusui Electronics Corporation　Printed in Japan
Kikusui Part No. Z1-002-040, IA001232